Szczecin,dnia 05.07.2010r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na naprawę, kalibrację, wzorcowanie urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typ AlkoSensor IV

1: Data kolejnego wzorcowania może być ujęta na świadectwie wzorcowania zamiast na etykiecie laboratoryjnej .

2: Wyrażamy zgodę na wykonanie wzorcowania według instrukcji opracowanej i stosowanej w Państwa laboratorium zgodną z definicją oraz dokumentem EA-4/02.