

Informacja na stronę internetową

Szczecin, dnia 28.10.2011 r.

ZZ- 2380-157/11

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **zakup i dostawę oświetlacza kryminalistycznego z wyposażeniem dla Pracowni Daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 15.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania w dniu 25 listopada 2011r. wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

Zamawiający w załączniku nr 3 do siwz opisuje przedmiot zamówienia wskazując że filtry winny być przystosowane do obiektywu o średnicy 67 mm.

Informuję zamawiającego, że wskazanie tylko średnicy filtra może prowadzić do niedostosowania dostarczonego filtra do konkretnego modelu obiektywu aparatu w które wyposażone jest laboratorium.

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie modelu obiektywu w który jest wyposażony aparat fotograficzny.

Odpowiedź:

W pracowni daktyloskopii tut. laboratorium do rejestracji śladów używanych jest aparat fotograficzny marki CANON EOS 60D z obiektywem CANON EF 100 MM MARCO IS UM.

Na obiektywie tym można mocować filtry o średnicy 67mm. Dopuszczamy zastosowanie odpowiedniego konwertera (przejściówki) nakładanego na obiektyw umożliwiającego zamocowanie filtrów o innych średnicach.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.