

**ZZ-2380-166/11**

***Informacja na stronę internetową***

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp” na „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Biologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

W opisie części I Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem odczynników do ekstrakcji DNA (czwarty punkt) oraz odczynników i materiałów do lizy (przedostatni punkt). Prosimy o doprecyzowanie ilości próbek, których dotyczy ten wymóg.

**Odpowiedź 1:**

W nawiązaniu do zapytania wyrażonego w piśmie z dnia 25.11.2011 roku, dotyczącego doprecyzowania liczby próbek, których dotyczy wymóg dostarczenia wraz z aparatem odczynników do ekstrakcji DNA (punkt czwarty części I) oraz odczynników i materiałów do lizy (punkt przedostatni części I) informuję, iż Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem odczynników i materiałów konfekcjonowanych fabrycznie do lizy i ekstrakcji DNA, w celu wykonania badań:

- 52 standardowych próbek kryminalistycznych (wraz z kontrolami przebiegu procesu),
  - 52 próbek trudnych (np. z kości, zębów)
- albo wielokrotności tej liczby.

Taka liczba próbek poddanych analizie wynika z organizacji cyklu badań genetycznych w Pracowni Biologii LK KWP w Szczecinie. W jednym cyklu roboczym jednocześnie powinno być izolowane 12 próbek wraz z jedną kontrolą prawidłowości przebiegu procesu.

Ze względu na dokonaną modyfikację treści siwz Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, który nastąpi **w dniu 06.12.2011 r.**, godziny pozostają niezmiennione.

Wykonano w 1 egz.

Wyk.: A.O.-N.

Egz. nr 1 – a/a