

ZZ-2380-46/16

Informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na „**Naprawę, kalibrację, wzorcowanie lub zlecenie wzorcowania uprawnionym podmiotom urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1, 2 uPzp przekazuje zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło w dniu 21.03.2016 r., wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ofercie, oświadczeniach oraz postanowieniach umowy Zamawiający wielokrotnie używa pojęcia kalibracja i wzorcowanie, które według międzynarodowego słownika metrologicznego są tożsame. Czy Zamawiający zaakceptuje zamianę pojęcia kalibracja na **adiustacja** na podstawie poniższego wyjaśnienia?

Pojęcie kalibracja funkcjonuje również w nomenklaturze serwisowej dostawcy i oznacza adiustację, czyli zbiór czynności wykonywanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartości wielkości mierzonej odpowiadają właściwe wskazania. Adiustacja jest wykonywana w ramach serwisu technicznego urządzenia i często jest mylona z wzorcowaniem (kalibracją).

Wzorcowanie (kalibracja) jest to działanie, w którym w pierwszym kroku ustala się zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości, a w drugim kroku oblicza się niepewność pomiaru dla uzyskanych wyników co pozwala właściwie interpretować uzyskane wyniki wskazań. Innymi słowy:

adiustacja - ustawienie parametrów, **wzorcowanie** (kalibracja) - seria pomiarów.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie akceptuje zamiany pojęcia kalibracja na adiustacja.

Zamawiający informuje, że **termin oraz godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. dnia 30.03.2016 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że skorygował omyłkę pisarską w numerze sprawy, która wystąpiła w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. z numeru ZZ-2380-43/16 na ZZ-2380-46/16.